

GB

Almore Bite Registration Wax Sheets

Instructions for use

Almore Bite Registration Wax was developed to meet your needs of accurate occlusal records. Our wax is so accurate that it records the details of the occlusion exactly. When pouring up models, avoid discrepancies between the two materials by trimming the bite record so only the cusp tip indentations are present.

Heat in a thermostatically controlled waterbath at 135° Fahrenheit (57.2° Celsius) for one minute. After obtaining jaw relation records, place the record in cold water to regain maximum hardness and to facilitate trimming of excess wax.

If the Almore Bite Registration Wax is not performing as expected, switch to alternative method.

Warning! Hot wax can cause burns to eyes and skin. When handling hot wax, use heat-protective gloves and other PPE to protect against thermal burns. Spills may create a slipping hazard.

The manufacturer and the competent authority of your member state must be immediately notified of all serious incidents occurring in connection with the product.

Medical device

D

Almore Bissregistrierungs-Wachsblätter

Gebrauchsanleitung

Das Almore Bissregistrierungswachs wurde entwickelt, um Ihren Bedarf an präzisen okklusalen Aufzeichnungen zu decken. Unser Wachs ist so präzise, dass es die Details der Okklusion exakt wiedergibt. Vermeiden Sie beim Ausgießen von Modellen Abweichungen zwischen den beiden Materialien, indem Sie die Bissnahme so beschneiden, dass nur die Abdrücke der Zahnhöcker vorhanden sind.

Erhitzen Sie die Modelle bei 57 °C eine Minute lang in einem thermostatisch gesteuerten Wasserbad. Legen Sie die Bissregistrierplatten nach erfolgter Bissabnahme in kaltes Wasser, um die Platten wieder maximal auszuhärten und das Abschneiden des überschüssigen Wachses zu erleichtern.

Wenn das Almore Bissregistrierungswachs nicht wie erwartet funktioniert, wechseln Sie zu einer alternativen Methode.

Waarschuwing! Hete was kan brandwonden aan ogen en huid veroorzaken. Gebruik bij het hanteren van hete was hittebeschermende handschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen om te beschermen tegen thermische brandwonden. Morsen kan een gevaar voor uitglijden opleveren.

Alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt sind unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates zu melden.

Medizinprodukt

F

Feuilles de cire d'enregistrement Almore Bite

Mode d'emploi

La cire d'enregistrement d'occlusion d'Almore a été développée pour répondre à vos besoins d'enregistrements occlusaux précis. Notre cire est si précise qu'elle enregistre exactement les détails de l'occlusion. Lorsque vous versez des modèles, évitez les écarts entre les deux matériaux en rognant l'enregistrement de l'occlusion de manière à ce que seules les indentations de la pointe des cuspides soient présentes.

Chauffer dans un bain-marie thermostaté à 135° Fahrenheit (57,2° Celsius) pendant une minute. Après avoir obtenu la mâchoire par rapport aux disques, placez le disque dans de l'eau froide pour retrouver une dureté maximale et faciliter le rognage de l'excès de fart.

Si la cire d'enregistrement de morsure Almore ne fonctionne pas comme prévu, passez à une autre méthode.

Avertissement! La cire chaude peut causer des brûlures aux yeux et à la peau. Lors de la manipulation de cire chaude, utilisez des gants de protection contre la chaleur et d'autres EPI pour vous protéger contre les brûlures thermiques. Les déversements peuvent créer un risque de glissade.

Le fabricant et l'autorité compétente de votre État membre doivent être immédiatement informés de tout incident grave survenant en rapport avec le produit.

Dispositif médical

NL

Almore Bijt Registratie Wax Vellen

Gebruiksaanwijzing

Almore Bite Registration Wax is ontwikkeld om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van nauwkeurige occlusale records. Onze wax is zo nauwkeurig dat het de details van de occlusie nauwkeurig vastlegt. Wanneer u modellen opgiet, vermijd dan discrepanties tussen de twee materialen door de beetregistratie bij te knippen, zodat alleen de inkepingen in de puntige punt aanwezig zijn.

Verwarm gedurende één minuut in een thermostatisch geregeld waterbad op 135° Fahrenheit (57,2° Celsius). Na het verkrijgen van kaak relatie platen, plaats de plaat in koud water om de maximale hardheid terug te krijgen en om het verwijderen van overtollige was te vergemakkelijken.

Als de Almore Bite Registration Wax niet werkt zoals verwacht, schakel dan over op een andere methode.

Warnung! Heißes Wachs kann Augen und Haut verbrennen. Verwenden Sie beim Umgang mit heißem Wachs Hitzeschutzhandschuhe und andere PSA zum Schutz vor thermischen Verbrennungen. Verschüttungen können eine Rutschgefahr darstellen.

De fabrikant en de bevoegde autoriteit van uw lidstaat moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van alle ernstige incidenten die zich voordoen in verband met het product.

Medisch hulpmiddel

REF 42600



HAGER WORLDWIDE
441 19th Street SE • Hickory, NC 28602, USA
T (800) 328-2335 • F (800) 573-9392
www.hagerworldwide.com

ECREP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20 • 2514 AP • The Hague • The Netherlands

Updated November 2022